

Die Lösung liegt im Detail

Factory Calibration Certificate

Stegener Str. 10
79199 Kirchzarten

Hiermit bestätigen wir, dass untenstehend genanntes Messsystem unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem kalibriert wurde.

Telefon: 07661 - 3963 0
Telefax: 07661 - 3963 99

Hereby we confirm that the below mentioned measuring system was calibrated in compliance with an accredited quality management system, which has been certified by DIN EN ISO 9001:2015

www.halstrup-walcher.de
info@halstrup-walcher.de

Prüfling / Instrument under Test

Hersteller / Manufacturer	halstrup-walcher GmbH
Fabrikat / Type	KAL 100
Messbereich / Measurement Range	0 - 500 Pa
Ausgang / Output	
Anzeige / Display	LCD
Linearität / Linearity	± 0,2 %
Seriennummer / Serial No.	9610.0034 AD05 2059
Ext. Ident.-Nr. / Ext. No. Of Ident	PM 100-0108

Prüftemperatur: 22°C
Temperature during test: 71,6°F
Druckmedium: Luft
Pressure medium: Air
Messung im linearen Modus
Measurement in linear mode

Prüfnormal / Test standard

Spannungs-, Strommessgerät / Voltmeter, ammeter

Hersteller / Manufacturer	Mensor	-
Fabrikat / Type	CPC6050	-
Messbereich / Measurement Range	-15 .. +15mbar	-
Messunsicherheit / Inaccuracy	0,010 %F.S.	-
Auflösung / Resolution	0,0001mbar	-
Seriennummer / Serial No.	41000DSR-2	-
Kalibrierschein / calibration certificate	134824	-

Prüfnormal und Prüfgeräte sind auf PTB-Standards rückführbar
Test standard and calibration instrument are in accordance to PTB-standards

Der Prüfling erfüllt die zugesagten technischen Spezifikationen / The specimen meets the promised technical specifications

Prüfdruck / Test pressure	Sollwert / Set value	Istwert / Actual value	Fehler relativ / Error relative
[Pa]	[Pa]	[Pa]	% vom Endwert / % of range
0,00	0,00	-0,05	-0,01
100,00	100,00	99,95	-0,01
200,00	200,00	199,90	-0,02
250,00	250,00	249,90	-0,02
300,00	300,00	299,95	-0,01
400,00	400,00	399,90	-0,02
500,00	500,00	499,90	-0,02
400,00	400,00	399,90	-0,02
300,00	300,00	299,90	-0,02
250,00	250,00	249,90	-0,02
200,00	200,00	199,95	-0,01
100,00	100,00	99,90	-0,02
0,00	0,00	-0,05	-0,01

Kirchzarten, 15.03.2018


(i. A. Ralf Zurmühlen)

